

COD	REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI PER L'ATTIVITA' DI ELETTROFISIOLOGIA
OSELF01	La macroattività di Elettrofisiologia è inserita in una U.O. di Cardiologia dotata di pl. di degenza ordinaria?
OSELF02	Sono presenti documenti nei quali sia identificata la tipologia di prestazioni effettuate, la cui complessità è rapportata alle caratteristiche organizzative/strutturali/tecnologiche della macroattività?
OSELF03	In relazione alle procedure diagnostico/terapeutiche individuate esistono protocolli di gestione/organizzazione delle attività svolte?
OSELF04	Esistono procedure per la gestione del paziente nelle diverse fasi d'intervento?
OSELF05	È individuato un medico Responsabile dell'attività svolta?
OSELF06	È presente per ogni sala attiva un medico, un infermiere e un'altra figura specializzata con eventuale integrazione di ulteriore personale laddove se ne ravveda l'esigenza in base alla pratica clinica e alle indicazioni delle Società Scientifiche?
OSELF07	Per le procedure che utilizzano sistemi di mappaggio elettroanatomico sono presenti in sala almeno un ulteriore cardiologo ed una ulteriore unità di personale dotata di specifiche competenze nel settaggio delle relative apparecchiature?
OSELF08	Durante lo svolgimento dell'attività è presente in struttura, prontamente disponibile, un Anestesista Rianimatore, e la Struttura ha definito e riportato in apposito elenco le procedure per le quali è necessaria la presenza dello stesso in sala?
OSELF09	La Struttura ha definito le fasce orarie/giorni di apertura della/e sala/e di Elettrofisiologia?
OSELF10	Esistono appositi registri per le procedure di Elettrofisiologia dove sono riportati gli interventi eseguiti, con almeno: il numero corrispondente alla cartella clinica, la data e la tipologia della procedura, l'orario di inizio e di fine procedura, il cognome ed il nome e la data di nascita del paziente, i nominativi degli operatori e la firma del medico interventista, l'eventuale tecnica anestesiológica utilizzata e la firma dell'anestesista in caso di intervento dello stesso?
OSELF11	Nella struttura è garantita la possibilità di ricoverare, se necessario, i pazienti in degenza protetta (UTIC o Rianimazione)?
OSELF12	Esiste un protocollo con una UO di Cardiochirurgia (anche tramite convenzione esterna), di cui poter disporre se necessario durante l'effettuazione delle procedure cardiovascolari?
OSELF13	Per le strutture inserite nella Rete di Emergenza CardioVascolare, sono garantite le procedure di urgenza?
SSELF01	Per l'esecuzione delle prestazioni invasive è presente almeno una sala dedicata all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione, completa di angiografo fisso o mobile con arco a C, lettino radiotrasparente e di almeno un angiografo di back up (o comunque esiste una procedura che garantisca la prosecuzione dell'esame in caso di problemi tecnici)? (NB Se la struttura sanitaria è inserita nella rete dell'Emergenza CardioVascolare la sala deve essere esclusivamente dedicata all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione e non condivisa con l'Emodinamica)
SSELF02	Nella sala di Elettrofisiologia-Elettrostimolazione esiste almeno un monitor ad alta risoluzione (pensile o mobile ad altezza variabile) per visualizzare immagini dal vivo, immagini radiologiche memorizzate, segnali elettrici provenienti dal poligrafo, immagini del sistema di mappaggio elettroanatomico (se presente)?
SSELF03	La sala di Elettrofisiologia-Elettrostimolazione è di dimensioni sufficienti a garantire l'agevole movimentazione del paziente, delle apparecchiature e degli operatori e presenta caratteristiche microclimatiche idonee per la tipologia di attività svolta e le apparecchiature presenti?
SSELF04	È presente, per ogni sala di Elettrofisiologia-Elettrostimolazione, una sala di controllo (adeguatamente schermata secondo la normativa vigente) in grado di accogliere i dispositivi (monitor, poligrafo, generatori di radiofrequenza ecc.) ed il personale coinvolto nella procedura e non direttamente impegnato in sala?
SSELF05	È presente uno spazio attrezzato, di norma attiguo alla/e sala/e di Elettrofisiologia-Elettrostimolazione, di dimensioni adeguate, per la sosta degli utenti da sottoporre alle procedure distinto dallo spazio per la sosta degli utenti già sottoposti alle procedure, dove sono assicurate condizioni igienico-sanitarie idonee alla tipologia degli interventi da eseguire e nel rispetto della privacy e della sicurezza? (NB Se le sale dedicate all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione sono allocate nella stessa area riservata all'attività di Emodinamica, il servizio di supporto indicato può essere comune)
SSELF06	Esiste un locale che garantisca adeguata privacy per la preparazione, lavaggio e vestizione degli operatori esterno alla sala? (NB Se le sale dedicate all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione sono allocate nella stessa area riservata all'attività di Emodinamica, il servizio di supporto indicato può essere comune)
SSELF07	Esiste un locale/spazio per la refertazione e archiviazione esterno alla sala? (NB Se le sale dedicate all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione sono allocate nella stessa area riservata all'attività di Emodinamica e sono contigue alle sale di Emodinamica, il servizio di supporto indicato può essere comune)

COD	REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI PER L'ATTIVITA' DI ELETTROFISIOLOGIA
SSELF08	Esiste uno spazio separato dalla sala di Elettrofisiologia-Elettrostimolazione da utilizzare per la decontaminazione, la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei dispositivi medici/set chirurgici, ovvero esiste una procedura per il conferimento alla centrale di sterilizzazione di eventuale materiale da sottoporre a sterilizzazione? (NB Se le sale dedicate all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione sono allocate nella stessa area riservata all'attività di Emodinamica, il servizio di supporto indicato può essere comune)
SSELF09	Esistono spazi adiacenti ma separati dalla sala per il deposito del materiale pulito e del materiale sporco? (NB Se le sale dedicate all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione sono allocate nella stessa area riservata all'attività di Emodinamica e sono contigue alle sale di Emodinamica, il servizio di supporto indicato può essere comune)
SSELF10	Sono previsti e descritti percorsi per il paziente, gli operatori e lo strumentario, idonei a garantire la sicurezza?
SSELF11	I locali dedicati sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?
SSELF12	I locali e gli spazi garantiscono il rispetto della privacy del paziente?
SSELF13	È immediatamente disponibile la strumentazione clinica per la rianimazione cardiorespiratoria (comprensiva almeno di farmaci, defibrillatore, saturimetro, laringoscopio e cannule tracheali per intubazione, erogatore di ossigeno, pompe di infusione, sistema di aspirazione e ventilatore polmonare, attrezzatura per la pericardiocentesi percutanea) oltre alla disponibilità di un ecocardiografo? (NB Se le sale dedicate all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione sono allocate nella stessa area riservata all'attività di Emodinamica, lo strumentario per la rianimazione cardiorespiratoria può essere comune)