

Cod.	Requisiti minimi autorizzativi per macroattività "Attività di Emodinamica"
REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI	
SSEMOXX	I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate?
SSEMOXX	I locali e gli spazi garantiscono il rispetto della privacy del paziente ?
SSEMOXX	Esiste una o più sale di emodinamica completa/e di angiografo fisso?
SSEMOXX	È presente uno spazio, attiguo alla sala di emodinamica, per la sosta degli utenti da sottoporre alle procedure separate e distinto dallo spazio per la sosta degli utenti sottoposti alle procedure, dove sono assicurate condizioni igienico-sanitarie idonee alla tipologia degli interventi da eseguire?
SSEMOXX	Il dimensionamento della sala di Emodinamica è sufficiente a garantire l'agevole movimentazione del paziente, delle apparecchiature e degli operatori ?
SSEMOXX	Esiste almeno un monitor ad alta risoluzione in sala d'esame, per visualizzare le immagini dal vivo, installato su supporto pensile ad altezza variabile?
SSEMOXX	Esiste una sala comandi, con disponibilità di almeno un monitor posizionato nella stessa, o comunque all'esterno della zona controllata ?
SSEMOXX	Esiste un locale / spazio per la preparazione, lavaggio e vestizione degli operatori?
SSEMOXX	Esiste un locale / spazio per la refertazione ?
SSEMOXX	Esiste uno spazio separato dalla sala di emodinamica, da utilizzare per la decontaminazione, la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei dispositivi medici?
SSEMOXX	Sono previsti e descritti percorsi per il paziente, gli operatori e lo strumentario, idonei a garantire la sicurezza?
SSEMOXX	La dotazione di strumenti ed apparecchiature è adeguata alla tipologia della attività, ed è comunque sempre presente un iniettore angiografico ?
SSEMOXX	Si ha a disposizione un apparecchio angiografico portatile di back - up?
SSEMOXX	Esistono spazi separati per il deposito del materiale pulito e del materiale sporco?
SSEMOXX	Nella sala di emodinamica è presente un impianto per l'ossigeno con relativo erogatore e flussimetro?
SSEMOXX	La sala di emodinamica dispone di aspiratori per broncoaspirazione?
SSEMOXX	E' presente e disponibile uno strumentario per la rianimazione cardiorespiratoria comprensivo almeno di: farmaci, defibrillatore, laringoscopio e cannule tracheali per intubazione, erogatore di ossigeno, pompe di infusione, sistema di aspirazione e ventilatore polmonare attrezzatura per la pericardiocentesi percutanea ?
REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI	
OSEMOXX	Esiste un protocollo che riporta almeno: l'elenco delle procedure diagnostiche/terapeutiche effettuate, la descrizione della gestione/organizzazione della attività, le procedure per la preparazione e la gestione post- intervento del paziente ?
OSEMOXX	E' individuato un Dirigente medico, in possesso di idonea specializzazione, Responsabile della attività svolta ?
OSEMOXX	E' presente per ogni sala attiva un cardiologo e personale sanitario specializzato, adeguatamente formato, e in numero conforme alle raccomandazioni/normative vigenti e le indicazioni delle Società scientifiche ?
OSEMOXX	Durante lo svolgimento dell'attività è presente in struttura, in aggiunta a quello / i già presenti in sala / e, un cardiologo disponibile per questa attività?
OSEMOXX	E' presente almeno un infermiere professionale per sala attiva, adeguatamente formato ?
OSEMOXX	E' presente almeno un tecnico sanitario di radiologia per turno ?
OSEMOXX	Durante lo svolgimento dell'attività è presente in struttura un Anestesista rianimatore, e la Struttura ha definito e riportato in apposito elenco le procedure per le quali è necessaria la presenza dello stesso in sala?
OSEMOXX	La Struttura ha definito le fasce orarie/giorni di apertura della/e sala/e di emodinamica con personale presente (garantendo per le strutture inserite nella Rete di Emergenza CardioVascolare, un'apertura comunque effettiva di almeno 5 giorni la settimana per almeno 12 h/die) e/o reperibile?
OSEMOXX	Per le strutture inserite nella Rete di Emergenza CardioVascolare, sono garantiti turni di pronta disponibilità/reperibilità 24/24 h per 365/365 giorni l'anno, sia per il personale medico che infermieristico ?
OSEMOXX	Esistono appositi registri per le procedure di Emodinamica ed Elettrofisiologia dove sono riportati gli interventi eseguiti, con almeno: il numero corrispondente alla cartella clinica; la data e la tipologia della procedura; il cognome e nome e la data di nascita del paziente; i nominativi degli operatori e la firma del medico interventista; la eventuale tecnica anestesiológica utilizzata e la firma dell'anestesista in caso di intervento dello stesso ?
OSEMOXX	E' garantita la possibilità di ricoverare nella Struttura, se necessario, i pazienti in degenza protetta (UTIC, Rianimazione) o ordinaria?
OSEMOXX	Esiste un protocollo con una UO di Cardiocirurgia (anche tramite convenzione esterna), di cui poter disporre, se necessario, durante la effettuazione di procedure cardiovascolari?